

# 腹膜透析輸液管組

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 006980 號

產品英文名稱：CAPD TRANSFER SETS "BAXTER"

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
MiniCap Extended Life PD Transfer Set	5C4482	H20F24086

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之導管夾因為無流量(no flow)及滲漏(leaks)，可能導致無菌管路遭微生物污染，並可能造成患者腹膜炎。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品共 1,440 個，百特醫療產品股份有限公司於 109 年 11 月進口後，即在倉庫全面隔離受影響產品，並未出貨到市場上，因此無須執行回收行動。惟將依照原廠通知進行後續作業流程，前述矯正措施預計於 110 年 1 月 23 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：百特醫療產品股份有限公司

聯絡電話：02-2376-5000

聯絡人電子郵件：Taiwan\_QAreport@baxter.com

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74357r-eng.php>