

# "巴德"康格斯特氣球擴張導管

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 011212 號

產品英文名稱："BARD" CONQUEST PTA BALLOON DILATATION CATHETER

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
CQ7564	REDU2646

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品在包裝時使用錯誤尺寸之球囊，可能於手術時發生不必要遲延風險。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 240 支，巴德股份有限公司已於 109 年 10 月 8 日開始通知受影響客戶，請其立即停止使用並協助清查回收。前述矯正措施預計於 109 年 12 月 8 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：02-2722-5660

聯絡人電子郵件：cherry.lin@bd.com

相關警訊來源(網址)：

中國 NMPA：<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/chpzhh/yjqxzhj/20201123170857134.html>