

禮亞尚副甲狀腺激素檢測試劑

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 024305 號

產品英文名稱：LIAISON 1-84 PTH Assay

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
310630	134909, 134909A, 134909B

發布對象：醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠通知受影響產品可能會產生偽性升高的結果，但對健康暫時造成不良影響的可能性小。由於對病人的風險低，因此原廠未提供有關追蹤病人檢查結果的建議。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 32 盒，太暘生物科技股份有限公司於 109 年 12 月 7 日通知受影響客戶並啟動回收行動。前述回收行動已於 109 年 12 月 18 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：太暘生物科技股份有限公司

聯絡電話：02-2695-7733

聯絡人電子郵件: biotech@tweverlight.com.tw

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic：https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20201130_02/documents/0