

“亞康恩” 提雷伯 經頸靜脈肝切片系統

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 032649 號

產品英文名稱：“Argon” TLAB Transjugular Liver Biopsy System

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
TL-19	1451428

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品可能存有潛在的缺陷。前述情形係在使用中，產品之 7Fr. 引導器前端（distal tip）若被彎曲或遭受側面彎曲壓力，可能導致分離。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 2 個，皆存放於倉庫，春菖貿易有限公司將依照原廠指示退運受影響產品。前述矯正措施預計於 110 年 1 月 7 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：春菖貿易有限公司

聯絡電話：02-8512-1319

聯絡人電子郵件：yct180@chinaspring.com.tw

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic：https://fsca.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20201221_05/documents/0