

珂朗清矽水膠散光日拋隱形眼鏡

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字 028124 號

產品英文名稱：clariti (somofilcon A) 1 day toric Silicone Hydrogel Contact Lenses

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
度數：-7.00D 散光度數：-1.25D 散光軸度：180°	U0108940

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之製程可能有缺失，導致其散光定位標誌未對齊於正確位置。前述錯誤的定位標誌可能造成使用者感覺到視線模糊、造成不便，甚至降低產品滿意度。故總公司自主回收產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 93 盒（每盒 30 片裝），酷柏光學股份有限公司於 110 年 5 月 24 日通知客戶進行庫存清查及回收，預計於國內銷燬。前述矯正措施預計於 110 年 6 月 24 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：酷柏光學股份有限公司

聯絡電話：02-2181-2231

聯絡人電子郵件：hclung@tw.coopervision.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址