

## 家用新型冠狀病毒檢驗試劑 Q&A

Q1. 目前國內核准之家用新型冠狀病毒檢驗試劑有哪些？

A1. 衛生福利部核准之家用檢驗試劑名單，皆公告於食品藥物管理署官網【[首頁](#) > [業務專區](#) > [醫療器材](#) > [COVID-19 防疫醫材專區](#) > [家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區](#)】。

Q2. 哪裡買得到家用新型冠狀病毒檢驗試劑？

A2. 取得販賣業醫療器材商許可執照之地點(如:藥粧店、醫療器材行、便利商店等)或藥局皆可合法販售此類試劑。

Q3. 如何辨識家用新型冠狀病毒檢驗試劑為合法產品？

A3. 請確認包裝是否刊載「防疫專案核准製造第 XXXXXXXXXXX 號」或「防疫專案核准輸入第 XXXXXXXXXXX 號」字樣，且該字號公布於食品藥物管理署官網【[家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區](#)】。

Q4. 家用新型冠狀病毒檢驗試劑產品應如何使用及操作？

A4. 請詳細閱讀產品使用說明書，並依說明書指示進行採檢及操作，說明書皆公布於食品藥物管理署官網【[首頁](#) > [業務專區](#) > [醫療器材](#) > [COVID-19 防疫醫材專區](#) > [家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區](#)】。

Q5. 使用家用新型冠狀病毒檢驗試劑產品，如有疑問可詢問誰？

A5. 可洽詢原購買該產品之醫療器材商或藥局，或逕洽試劑廠商，試劑廠商諮詢電話、產品說明書及操作影片，皆公布於食品藥物管

理署官網【[首頁](#) > [業務專區](#) > [醫療器材](#) > [COVID-19 防疫醫材專區](#) > [家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區](#)】。

Q6. 何種情形適合使用家用新型冠狀病毒檢驗試劑產品？

A6. 適合使用於感染病毒比例高的情況，例如：確診數較多的區域、確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊或曾前往人潮眾多的地方等。

若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

Q7. 檢驗結果為陽性是否代表確診？

A7. 家用快篩試劑檢驗相較於經認可實驗室所進行的核酸檢驗 (NAAT) 方法，敏感性、特異性較低，且受限於產品性能其結果較易有偽陰性、偽陽性問題，所以仍不可取代經認可實驗室所進行的核酸檢驗作為診斷 COVID-19 感染之依據。

Q8. 若檢驗結果為陽性後續應如何處理？

A8. 若您為居家隔離或居家檢疫者，請立即與當地衛生局聯繫，或撥 1922，依指示方式處理；若非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩並儘速至鄰近的社區採檢院所\*進一步採檢，移動時請勿搭乘大眾運輸工具，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好並攜帶至社區

採檢院所，交予院所人員。

(\*社區採檢院所查詢網址 <https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter>)

Q9. 若檢驗結果為陰性後續應如何處理?

A9. 受限於產品性能，不排除偽陰性之可能，請持續自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

Q10. 如果檢驗結果無法判定為陽性或陰性，原因為何?該如何處理?

A10. 結果不明可能是因為產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮，可向原購買地點或試劑廠商洽詢。