

# BD 骨髓抽取針

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 011004 號

產品英文名稱：BD Bone Marrow Aspiration/ Intraosseous Infusion Needle

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
TIN3015	All Lot Numbers

發布對象：醫療院所

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品之護套容易脫落使針頭外露，可能造成刺穿無菌包裝或醫護人員受傷。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號共 11,110 支，新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司於 110 年 8 月 23 日通知受影響客戶並提供建議事項，協助退回受影響產品。前述矯正措施預計於 110 年 10 月 22 日前完成。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-2722-5660

相關警訊來源(網址)：

瑞士 Swissmedic：[https://fsc.a.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk\\_20210812\\_19/documents/1](https://fsc.a.swissmedic.ch/mep/api/publications/Vk_20210812_19/documents/1)

英國 MHRA：<https://mhra.gov.filecamp.com/s/AzSKMzvzLXGm3tnh/d>