

“美敦力”輸送導管

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 030914 號

產品英文名稱：“Medtronic” C315 Delivery Catheter

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
C315HIS	0010567341 及 0010568899

發布對象：醫療器材商

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

總公司接獲通報，受影響產品於患者手術中，其電極導線無法通過導管，需另使用新導管以完成植入，可能造成手術延遲。

國內矯正措施：

經查，國內已銷售之受影響批號產品皆已使用完畢，故無需執行回收。美敦力醫療產品股份有限公司已將剩餘庫存品退回總公司。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：美敦力醫療產品股份有限公司

聯絡電話：(02) 2183-6000

聯絡人電子郵件：sherry.huang2@medtronic.com

相關警訊來源(網址)：

廠商自主通報，無來源網址