

# “亞康恩”舒普克半自動組織切片器

## 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 026771 號

產品英文名稱：“Argon” Super Core Semi-Automatic Biopsy Instrument

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
701114090 701116090 701220200	11365643 11362716 11363516
701114090 701218150 701220150	11368388 11371404 11371876
701116090 701118090 701118150	11363320 11376074 11370107
701118150 701118200 701118200	11375663 11374410 11372225
701120150 701218150 701220200	11376374 11373084 11378295

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠接獲通報，特定批號產品可能在運送過程中或使用前散開，導致無法使用。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響批號數量共 2,130 支，春菖貿易有限公司於 110 年 10 月 1 日通知受影響客戶，清查庫存、隔離並停止銷售受影響產品。前述矯正措施預計於 110 年 12 月 1 日前完成。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：春菖貿易有限公司

聯絡電話：02-85121319

聯絡人電子郵件：[yct180@chinaspring.com.tw](mailto:yct180@chinaspring.com.tw)

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：<https://www.healthcanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/76667r-eng.php>

英國 MHRA：<https://mhra-gov.filecamp.com/s/anNDy2TPJlxDneia/d>