

**“安吉美爾德” 巴德維尼弗靜脈支架系統
回收警訊
(國內未進口受影響產品)**

許可證字號：衛部醫器輸字第 030010 號

產品英文名稱：“Angiomed” Bard Venovo Venous Stent System

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
VENEM14160	ANFW1247

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

BARD 原廠內部調查發現，特定批號的靜脈支架可能有展開延遲的問題。近端處的支架在展開時，可能無法立即展開而附著在支架輸送的護套上，若操作者試圖排除問題而過度施力，恐導致靜脈受傷或矽膠栓塞。為維護病人健康及權益，BARD 原廠決定展開自願性回收行動。目前並未接獲與此相關之不良事件。

國內矯正措施：

經查，巴德股份有限公司未進口受影響產品。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：02-2722-5660 #2472263

相關警訊來源(網址)：

澳洲 TGA：<https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2023-RN-00024-1>