新冠病毒感染力價檢驗方法

Determination of SARS-CoV-2 Infectious Titer

1. 適用範圍：本方法適用於測定細胞增殖之新型冠狀病毒感染力價。
2. 檢驗方法：將已離心移除細胞碎片之具感染力價病毒液檢體，經稀釋並感染 Vero E6細胞3-5天後，以相位差顯微鏡(phase contrast microscope) 觀察細胞是否出現病變效應(cytopathic effect, CPE)，記錄與計算新冠病毒感染力價。

- 2.1. 工作環境^(註1)：新冠病毒相關檢驗需在生物安全第三等級(BSL-3)實驗室中進行，新冠病毒感染與稀釋等相關操作應在符合Class II，Type B2或A2之生物安全操作櫃中進行，並依衛生福利部疾病管制署相關規範^(註2)操作。

註1：本試驗全程使用第三級危險群(risk group 3, RG3)病原體，需在生物安全第三等級(BSL-3)實驗室中進行，操作時應遵守生物安全相關規範。

註2：感染性生物材料管理辦法、衛生福利部感染性生物材料管理作業要點、實驗室生物風險管理、新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)定點照護檢驗(POCT)之使用安全指引及新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)之實驗室生物安全指引。

2.2. 裝置

- 2.2.1. 生物安全操作櫃(Biological safety cabinet, BSC)，Class II, Type B2或A2者。
- 2.2.2. 高壓滅菌釜：可達121°C以上，且每平方英尺15磅以上之壓力者。
- 2.2.3. 冰箱：可維持 $5 \pm 3^\circ\text{C}$ 者。
- 2.2.4. 冷凍櫃：可維持 $-30 \pm 3^\circ\text{C}$ 者。
- 2.2.5. 超低溫冷凍櫃：可維持 $-80 \pm 5^\circ\text{C}$ 者。
- 2.2.6. 二氧化碳細胞培養箱：可設定35°C或37°C，並維持5% CO₂者。
- 2.2.7. 細胞計數器：Beckman Coulter cell counter Z2，或同級品。
- 2.2.8. 相位差顯微鏡：可達400倍放大倍率。
- 2.2.9. 即時聚合酶鏈反應器：Roche LightCycler 480 Instrument II，或同級品。
- 2.2.10. 冷凍離心機：可供15 mL及50 mL離心管使用，可達2000 ×g以上，具有低溫(4°C)溫控效果者。
- 2.2.11. 照相設備：具備照相以及檔案傳輸功能者。

2.3. 試藥

- 2.3.1. 細胞株：Vero E6細胞株(ATCC CRL-1586)，使用代數不超過15代，且經細菌、黴菌及黴漿菌檢測結果均呈陰性反應。
- 2.3.2. 病毒株：SARS-CoV-2，如Wuhan strain、Omicron (BA.1)或Omicron (BA.4/BA.5)等，且必須已知全基因序列，建議病毒株自取得後，繼代培養不超過3代。
- 2.3.3. 胎牛血清(Fetal bovine serum, FBS)。
- 2.3.4. 達爾柏克氏改良伊格爾氏培養基(Dulbecco's Modified Eagle's Medium, DMEM)：Sigma-Aldrich D5796，或同級品。
- 2.3.5. 磷酸鹽緩衝溶液(Phosphate buffered saline, PBS)。
- 2.3.6. 胰蛋白酶(Trypsin)：Thermo Fisher Scientific 25300054，或同級品。
- 2.3.7. 抗生素：含盤尼西林(penicillin) 10,000 units/mL及鏈黴素(streptomycin) 10,000 units/mL。
- 2.3.8. 二甲基亞砜(Dimethyl sulfoxide, DMSO)。
- 2.3.9. QIAamp Viral RNA Mini Kit，或同級品。
- 2.3.10. Roche LightCycler Multiplex RNA Virus Master，或同級品。
- 2.4. 器具及材料
 - 2.4.1. 可調式微量分注器：2 μ L、10 μ L、20 μ L、200 μ L及1000 μ L。
 - 2.4.2. 濾膜吸管尖頭(Filter pipette tips)：10 μ L、20 μ L、200 μ L及1000 μ L。
 - 2.4.3. 刻度吸管：5 mL及10 mL吸管應有0.1 mL之刻度；25 mL吸管應有1 mL之刻度。
 - 2.4.4. 微量離心管：1.5 mL。
 - 2.4.5. 離心管：15 mL及50 mL，PP材質。
 - 2.4.6. 細胞冷凍小管：2.0 mL。
 - 2.4.7. 細胞培養盤：T75 flask、T150 flask及96孔細胞培養盤(96-well plate)。
 - 2.4.8. 稀釋盤：96深孔盤(96 deep well plate)。
 - 2.4.9. 細胞漸凍盒：可存放細胞冷凍小管(2.0 mL)，置於-80°C可穩定降溫者。
- 2.5. 試劑之調製
 - 2.5.1. DMEM-10%FBS：取DMEM 890 mL、FBS 100 mL及抗生素10 mL，混合均勻。
 - 2.5.2. DMEM-2%FBS：取DMEM 970 mL、FBS 20 mL及抗生素10 mL，混合均勻。
 - 2.5.3. DMEM-5%FBS：取DMEM 950 mL及FBS 50 mL，混合均勻。
 - 2.5.4. 細胞凍存液：取DMEM-5%FBS 9.5 mL及DMSO 0.5 mL，混合均勻。
- 2.6. 細胞培養

- 2.6.1. Vero E6細胞以DMEM-10%FBS於T75 flask進行培養，置於37°C、5% CO₂之細胞培養箱培養，供後續實驗使用。
- 2.6.2. 以相位差顯微鏡觀察Vero E6細胞，待細胞生長至90% confluence即移除舊有細胞培養液，加入PBS 5 mL清洗一次，移除PBS，接著緩慢地加入trypsin 2 mL並輕微搖晃細胞培養盤直至trypsin完整覆蓋盤面，再移除trypsin，置於37°C、5% CO₂細胞培養箱作用2分鐘，加入DMEM-10%FBS 10 mL中和trypsin的反應並沖洗使細胞分離，收集細胞液至離心管。
- 2.6.3. 使用細胞計數器計算細胞數量，依照實驗需求凍存細胞或培養至96孔細胞培養盤供後續實驗使用。

2.6.3.1. 凍存細胞：

將細胞漸凍盒及新鮮配製之細胞凍存液靜置於冰上。取2.6.2節之細胞液先經細胞計數器計算細胞數量，經750 ×g、5分鐘離心後，移除舊有細胞培養液，再加入適量細胞凍存液，以刻度吸管混勻避免細胞結成團塊，配製成 $1 \times 10^6 - 5 \times 10^6$ cells/mL。將前述細胞液以每管1 mL分裝至細胞冷凍小管後放入細胞漸凍盒，蓋上盒蓋置於-80°C超低溫冷凍櫃暫存，至少1天後再將細胞移入液態氮中保存。

2.6.3.2. 病毒感染力價測定用細胞：

計算Vero E6細胞數量並以DMEM-10%FBS配製成 1×10^5 cells/mL，接種於96孔細胞培養盤，每孔100 μL，置於37°C、5% CO₂細胞培養箱培養16-18小時後，供2.7.節使用。

2.7. 病毒感染力價測定^(註3)

- 2.7.1. 於進行病毒感染前1小時，將2.6.3.2.節96孔細胞培養盤中舊有細胞培養液完全移除後，每孔以PBS 100 μL清洗一次，移除PBS，加入新鮮配製之DMEM-2%FBS細胞培養液，每孔100 μL。
- 2.7.2. 自冷凍櫃取出待測定感染力價之病毒液(以下稱病毒液)，置於BSC操作台之試管架上直至解凍。
- 2.7.3. 取1稀釋盤進行10倍序列稀釋，於稀釋盤之A1~H1(依獨立稀釋階數，每個獨立稀釋階1行)各別加入DMEM-2%FBS 1350 μL。取2.7.2.節已解凍之病毒液150 μL加入A1中，更換新濾膜吸管尖頭後進行20次之移液(pipetting)，再取出該稀釋階150 μL加入B1，再次更換新濾膜吸管尖頭後進行20次之移液，以此類推共進行8階序列稀釋。
- 2.7.4. 以八爪可調式微量分注器，將2.7.3節稀釋病毒液進行20次移液。自稀釋盤(A1~H1)取出100 μL稀釋病毒液加入2.7.1.節96孔細胞培養盤中，每個稀釋階10重複，96孔細胞培養盤最後2行為無病毒感染之陰性對照組，

每孔加入DMEM-2%FBS 100 μ L。置於35°C、5% CO₂細胞培養箱中培養3-5天，以相位差顯微鏡觀察細胞病變，於第5天利用Reed-Muench方法計算病毒之50%細胞感染力價(fifty-percent cell culture infective dose/mL, CCID₅₀/mL)。

病毒感染力價測定計算方式：

Dilution	CPE negative	CPE positive	Cumulative		Infection rate (% , B/A+B)
			Negative (A)	Positive (B)	
10 ⁻¹	0	10	0	49	100.0
10 ⁻²	0	10	0	39	100.0
10 ⁻³	0	10	0	29	100.0
10 ⁻⁴	0	10	0	19	100.0
10 ⁻⁵	4	6	4	9	69.2
10 ⁻⁶	7	3	11	3	21.4
10 ⁻⁷	10	0	21	0	0

病變效應判定：受病毒感染之細胞於第5天觀察時出現異於陰性對照組之生長現象，即判定該孔細胞產生病變效應。

1. 計算50%細胞死亡之比例距離(proportionate distance)：
[大於50%死亡率-50%] / [(大於50%死亡率) - (小於50%死亡率)]
= (69.2% - 50%) / (69.2% - 21.4%)
= 19.2% / 47.8% = 0.402
2. 計算50%細胞死亡最低稀釋倍率之對數值= $\log 10^{-5}$
3. 計算比例距離與稀釋倍率之總和：CCID₅₀之對數計算= $10^{-5-0.402}$
4. 原始添加之病毒液體積：100 μ L = 0.1 mL

每mL病毒之50%細胞感染力價：

$$\text{CCID}_{50}/\text{mL} = (1 / 10^{-5.402}) / 0.1 = 2.52 \times 10^6$$

註3：第2.7.1.節及第2.7.4.節建議以反向移液(reverse pipetting)方式進行，將濾膜吸管尖頭斜靠孔壁將液體加至96孔細胞培養盤，勿直接沖洗細胞。

2.8. 儀器測定病毒核酸濃度

- 2.8.1. 每次稀釋病毒後，以核酸萃取方法萃取病毒RNA後，利用即時聚合酶鏈反應器(real-time PCR)檢驗不同稀釋階病毒感染力價之病毒核酸濃度。
- 2.8.2. 上述試驗經至少3次獨立試驗後，計算病毒核酸濃度之平均值、標準偏差及其他相關統計數據。
- 2.8.3. 核酸濃度可參考本署生產之新冠病毒國家標準品或WHO國際標準品。

參考文獻

1. Reed, L.J. and Muench, H. 1938. A simple method of estimating fifty per cent endpoints. Am. J. Epidemiol. 27: 493-497.
2. Mautner, L., Hoyos, M., Dangel, A., Berger, C., Ehrhardt, A. and Baiker A. 2022. Replication kinetics and infectivity of SARS-CoV-2 variants of concern in common cell culture models. Virol. J. 19: 76.
3. 衛生福利部食品藥物管理署。2020。新冠病毒抗體中和力價檢驗方法 (RA05I001.001)。109 年 12 月 10 日公開。
4. 衛生福利部食品藥物管理署。2022。新型冠狀病毒抗原檢測試劑檢驗方法 (RA04B001.001)。111 年 12 月 30 日公開。