

# 人工智慧/機器學習技術之 電腦輔助偵測(CADe)及電腦輔助診斷(CADx) 醫療器材查驗登記技術指引

112.9

## 【前言】

為確保應用人工智慧(Artificial intelligence, AI)/機器學習(Machine learning, ML)技術之電腦輔助偵測(Computer-assisted detection, CADe)與電腦輔助診斷(Computer-assisted diagnosis, CADx)醫療器材之安全、效能及品質，本署參考美國、日本及韓國等國管理規範，且以本署「人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記技術指引」為基礎，增加技術重點與舉例說明，提供外界作為該類型產品評估開發及查驗登記所需資料準備之參考，業者應視本身產品宣稱效能、適用範圍、對象及使用情境等評估本指引中的內容是否適用。

AI/ML CADe 與 CADx 醫療器材應符合醫療器材管理法等相關規定。本指引所述之產品描述、安全與效能驗證部分，係依據現行參考資料訂定，惟科技發展日新月異，法規更新未逮處，為確保國人健康安全，本署受理醫療器材查驗登記時，得視產品特性，要求申請者提供本指引所列項目外之安全與效能驗證評估資料。部分具有特殊需求或特殊風險考量的 AI/ML 醫療器材可能不完全適用本指引，該類產品將依個別狀況進行評估。

本指引將不定期更新。

本指引不用於界定醫療器材產品之屬性管理範圍，對於產品屬性管理範圍，可參考本署公布之「醫用軟體分類分級參考指引」。

## 一、適用範圍

本指引說明第二、三等級 AI/ML CADe 與 CADx 醫療器材查驗登記技術要點，適用於存在於其它儀器或以醫療器材軟體(Software as medical device, SaMD)形式單獨存在之醫療器材。

## 二、名詞定義

### (一)人工智慧/機器學習(Artificial intelligence / Machine learning, AI/ML)

人工智慧(AI)是電腦科學、統計學和工程學的一種分支應用，透過演算法或模型展現學習、決策、視覺感知及語音識別等行為。機器學習(ML)為人工智慧的子集合，使電腦系統(軟體)不需透過明確的程式設計，便能針對資料進行自主學習。不同類型的機器學習演算法包括但不限於神經網路[例如前饋式神經網路(Feedforward neural network, FNN)、循環神經網路(Recurrent neural network, RNN)、卷積神經網路(Convolutional neural network, CNN)等]、貝葉斯網路(Bayesian networks)、決策樹(Decision tree)和支持向量機(Support vector machine, SVM)等。

### (二)訓練資料集(Training dataset)

用於訓練機器學習模型的一組資料集，透過使用訓練資料集建立或改進機器學習模型參數。訓練資料集不可出現在測試資料集(Test dataset)中。

### (三)測試資料集(Test dataset)

從未於訓練期間用於機器學習演算法使用的一組資料集，用於評估訓練後機器學習模型的效能。

### (四)電腦輔助偵測(Computer-assisted detection, CADe)

透過電腦系統(軟體)自動提取醫學圖像(Medical Images)上的可疑病變或異常，並標記其位置、分析醫學圖像及資料或醫學檢測結果等，以輔助偵測病變或異常值，其醫學圖像可能來自超音波、X光攝影、磁振造影(Magnetic resonance imaging, MRI)、電腦斷層掃描(Computed tomography, CT)、正子造影(Positron emission tomography,

PET)、內視鏡或其它數位化醫學圖像等。

### (五) 電腦輔助診斷(Computer-assisted diagnosis, CADx)

透過電腦系統(軟體)對於醫學圖像或其資料、醫學檢測結果等進行加工、處理，進而提供量化或分類之診斷支援訊息[例如鑑別良性/惡性病變、病況發展情形(嚴重度、期別)]，並針對診斷結果進行風險評估分析，其醫學圖像可能來自超音波、X光攝影、磁振造影、電腦斷層掃描、正子造影、內視鏡或其它數位化醫學圖像等。

## 三、AI/ML CADe 與 CADx 醫療器材查驗登記申請文件技術要點

依據「醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則」規定，申請製造或輸入第二、三等級醫療器材查驗登記，應檢具附表二所列文件、資料，本章節係針對其中要求之技術文件、資料進行說明。

### (一) 產品之結構、材料、規格、性能、用途、圖樣等有關資料(醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則附表二之說明八)

#### 1. 產品概要

文件應包含產品名稱、版本、軟體使用之平台，以及產品功能性說明及敘述、軟體架構、產品採用演進式(Adaptive)或閉鎖式(Locked)演算法設計等內容，並根據產品預期用途、效能、禁忌症及使用限制，提供目標的功能值(如檢出率、偽陽性率、偽陰性率、和其它必要因素)，可參考本署公布之「醫療器材中文說明書編寫原則」內容撰寫下列項目：

- (1) 產品敘述
- (2) 用途、效能或適應症
- (3) 預期可預見之副作用或併發症
- (4) 禁忌症
- (5) 警告、注意事項、使用限制

產品應於警告、注意事項、使用限制中載明醫療器材失效(Fail)

或無法達到預期效能的情況(例如輸入醫學圖像之品質不佳，或有某些特定不適用之資料族群等)，並應評估產品輔助診斷帶來的影響(尤其是偽陽性、偽陰性結果可能導致的危害風險)。

文件應針對產品的預期用途有詳細描述，包含預期使用者及建議的使用者訓練方式、目標病症、病患族群、適用資料類型、使用情境[如與使用者同時判讀或在使用者判讀後提供第二判讀(Second read)]等，並提供詳細的使用說明、判讀流程、輸出結果、結果解讀的方法及應用。

另外，文件亦應提供資料產製(例如放射造影)器材之資訊、參數及資料產製流程，並說明產品輸出的檔案格式。

## 2. 演算法架構

文件應包含演算法架構說明及對應理論依據，並詳細描述演算法的輸入與輸出、演算法的流程圖、所有演算程序的說明、每個演算階段的設計與功能、輸出標記(或參數)的所有規格等。以醫學圖像類產品為例，其產品敘述及規格文件中，必須具體說明檢測原理、演算法設計與功能、輸入圖像處理程序、參考標準(Reference standard / Gold standard / Ground truth)及計分方式(Scoring)等。

演算法設計(建模)與輸出功能、輸入圖像處理程序、訓練方式及參考標準等說明如下：

### (1) 演算法設計(建模)與輸出功能

應提供用於AI/ML CADe與CADx醫療器材的網路架構及軟體程序的概述，建議包含以下(適用)之內容：

演算法名稱	例如支持向量機(SVM)/回歸、決策樹、卷積神經網路(CNN)、循環神經網路(RNN)等。
開發平台/框架	例如Tensorflow、PyTorch、Caffe等。
函式庫	例如Keras等。
模型	例如神經網路之層數(Number of Layers)、權重

	<p>(Weights)、激發函數(Activation)、優化器(Optimizer) [如Adam、隨機梯度下降(Stochastic gradient descent, SGD)等]、損失函數(Loss function) [如交叉熵(Cross-entropy)、L1範數(L1-norm)等]及模型評價指標(Metric)等</p> <p>若採用多個模型融合(Model ensembling)，應說明不同模型訓練與推理的方式，以及模型融合的策略，如多數投票。</p>
<p>演算法功能(例如提供影像標記、病變風險的量化診斷支援訊息等)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AI/ML CADe醫療器材應說明器材進行圖像標記的種類與代表意義，包含圖像標記幾何形狀與相關參數，例如形狀、尺寸、關注位置(重疊或相鄰)、界線(實心或虛線)及顏色等。</li> <li>■ AI/ML CADx醫療器材應說明器材量化病變風險的評估方法、評估級距(例如風險高低、百分比及評分等級等)、代表意義、演算法的限制等，並應說明量化方法在臨床上的科學依據，以及演算法輸出結果對臨床實務、病患照護的影響與相關性。</li> </ul>
<p>演算法處理流程</p>	<p><b>建議</b>利用流程圖方式說明演算法處理流程，包括所有手動操作和相關的預設值，例如由醫師選擇規則(Rules)或閾值(Thresholds)；及所有半自動操作及相關的預設值，例如選擇種子點(Seed points)進行區域分割；及所有不需要與臨床醫師互動的自動化操作。</p>

## (2)輸入圖像之處理程序

建議包含以下內容：

- I. 圖像處理步驟，例如濾波(Filtering)、分割(Segmentation)、正規化(Normalization)、對位(Registration)、假影或位移校正(Artifact or motion correction)等。
- II. 圖像正規化校準(Calibration)原理與參考依據。

### (3)演算法訓練方法

AI/ML CADe與CADx醫療器材其效能來自於良好設計的訓練方式及大量合適的資料，為了確認產品之預期用途及其安全及效能，應明確說明訓練之方法、架構、流程及所使用資料之相關性質、維護品質之方法等細節。

由於訓練方法必須依靠大量資料之分析，其訓練結果易受使用資料之性質、品質等影響，因此取得資料及維護其品質之作法亦須說明。資料可區分為建立演算法模組的訓練資料集、驗證產品初步功能的驗證用資料及測試產品最終效能的測試資料集，評估效能的測試用資料必須嚴格與其它兩項資料區分，避免驗證結果之偏差。然而不論是何種資料，皆須考慮與產品模組之宣稱及預期用途之對應與其相關用途對應性。相關重點如下：

#### I. 訓練方法、架構及流程描述

應說明用於訓練AI/ML模組之方法、架構及流程，包含使用的基礎模型、調整部分、訓練過程中使用之預訓練(Pre-training)之內容，以及用來確認訓練參數的性能指標(Performance metrics)與其允收標準(Criteria)等。

#### II. 訓練資料集(Training dataset)

應說明用於訓練AI/ML模組之資料，包含資料之族群及臨床意義、產製資料之形式、產製方法、附帶之其它資訊，以及資料收集與使用之歷程。

<p>族群及用途對應性</p>	<p>資料的來源、性質，亦必須考慮族群取樣的偏差及資料本身之用途對應性。</p> <p>應包含以下(適用)之內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資料來源或資料庫說明</li> <li>■ 資料納入和排除之準則</li> <li>■ 病患分佈(如人種、年齡、性別)</li> <li>■ 與產品應用相關之病患病史</li> <li>■ 病患疾病狀態和造影檢查之適應症</li> <li>■ 資料來源機構(Collection sites)</li> <li>■ 案例數量 <ul style="list-style-type: none"> <li>-AI/ML CADe醫療器材應含疾病與正常之案例數及決定疾病狀態、位置與範圍的方法</li> <li>-AI/ML CADx醫療器材應含決定疾病狀態、良性/惡性、嚴重程度、期別的方法</li> </ul> </li> <li>■ 依據干擾因子(Confounders)或修飾因子(Effect modifiers)分層的案例分佈，例如病變型態(如大腸瘻肉為增生型或腺瘤型)、病變大小、病變位置、疾病分期、器官特徵、共病(Concomitant disease)等</li> <li>■ 比較病患資料與產品目標族群間於臨床造影資料及疾病之特性(Characteristics)</li> </ul>
<p>產製形式</p>	<p>使用何種設備或臨床實務方式產生資料，如CT、MRI、PET、超音波、內視鏡或其它數位化醫學圖像及數據等。</p>
<p>產製方法</p>	<p>資料的產製過程，包含使用之儀器廠牌與型號、資料獲取參數、資料格式、圖像擷取程序(Protocol)、造影檢查之方式，例如在有無顯影劑(Contrast)的情況下進行檢查、病患的顯影劑類</p>

	型和劑量、病患的身體質量指數(Body mass index, BMI)、輻射曝露(Radiation exposure)、不同加權的MRI圖像、加工(如病患資料的數位化)處理場域(Processing sites)等。
附帶之其它資訊	資料之額外註解和臨床判斷，及產生這些註解與判斷的方法。例如：病灶位置、大小、良性/惡性或其它診斷資訊等。

#### (4) 參考標準(Reference Standard)

參考標準係客觀、確定的基準，用於比較、評估、訓練等之預期結果，可用於決定病患資料中疾病/病症/異常是否存在，亦或是疾病/病症/異常的良性/惡性及期別等屬性，應在評估前即完成參考標準的決定。參考標準**建議**包含以下內容：

- I. 參考標準依據，例如同類型器材的輸出、臨床檢驗結果、活體組織切片(Biopsy)或臨床醫師判讀等。
- II. 若參考標準為由臨床醫師判讀，應說明臨床醫師數量、資格、經驗、訓練要求等。
- III. 當有多位臨床醫師參與制定參考標準時，應描述如何結合多個判讀結果來完成一個總結的參考標準之程序，及多個判讀結果不一致時之處理程序。另外，參與制定參考標準之判讀醫師不可與參與產品臨床評估或臨床試驗之判讀醫師相同。

(二)臨床前測試及原廠品質管制之檢驗規格與方法、原始檢驗紀錄及檢驗成績書(醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則附表二之說明七)

#### 1. 網路安全(Cybersecurity)

醫療器材網路安全係針對醫療器材因網路行為或資料傳輸引



起的安全問題，防止醫療器材被未經授權的存取、修改、誤用或拒用，使功能減損而導致病患傷害，或避免資訊係經由醫療器材被未經授權的存取或轉移至外部接受者。可參考本署公布之「適用於製造業者之醫療器材網路安全指引」，提供醫療器材網路安全相關文件。

## 2. 軟體確效(Software validation)

可參考本署公布之「醫療器材軟體確效指引」所述檢附相關資料，其重點包含：

- (1) 醫療器材軟體之風險等級(Level of concern)
- (2) 醫療器材軟體之描述(Software description)
- (3) 醫療器材之危害分析(Device hazard analysis)
- (4) 醫療器材軟體之要求規格(Software requirements specification, SRS)
- (5) 醫療器材軟體設計架構圖(Architecture design chart)
- (6) 醫療器材軟體設計規格(Software design specification, SDS)
- (7) 追溯性分析(Traceability analysis)
- (8) 醫療器材軟體開發環境(Software development environment description)
- (9) 查證與確認文件(Verification and Validation Documentation)
- (10) 醫療器材軟體修訂歷史紀錄(Revision Level History)
- (11) 未解決的異常(Unresolved Anomalies / Bugs or Defects)

## 3. 產品宣稱功能測試(Product claimed functional test)

產品宣稱之量測、偵測或輸出功能應進行測試，並提供相應之功能測試資料。

## 4. 其它

依產品特性提供本指引所列項目外之安全及功能性驗證資料。

(三)臨床證據資料(Clinical evidence information) (醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則附表二之說明九)

本項資料包含學術理論依據與有關研究報告及資料(Academic and theoretical bases, relevant research reports and data)、臨床評估報告或臨床試驗報告(Clinical evaluation report or clinical trial report)，用於驗證產品於臨床使用之安全性及有效性。相關重點包含但不限於以下事項：

1. 應提供產品在其預期用途下，佐證臨床使用安全性及有效性之臨床評估報告或臨床試驗報告，可採用前瞻式(Prospective)或回溯式(Retrospective)之臨床設計，在其輔助使用者判讀之實際使用情境下(如與臨床使用者同時判讀、在使用者判讀後提供第二判讀、或在臨床使用前先行單獨判讀)，執行產品臨床使用安全性及有效性之驗證。若產品係於國內執行臨床試驗者，應符合本署「醫療器材優良臨床試驗管理辦法」相關規定。
2. 執行臨床評估或臨床試驗時，須注意如下重點：

(1)產品設計規格

產品設計規格須詳細界定適用或搭配使用之器材(硬體及軟體)詳細規格。產品宣稱適用之搭配使用器材，其規格須與設計開發所使用之訓練、驗證及測試資料所搭配之使用器材一致。倘若產品宣稱適用搭配之使用器材規格超出原產品設計開發、性能驗證所搭配之使用器材規格，則須提供規格適用性之科學證據。

(2)測試資料集(Test dataset)

- I. 臨床評估或臨床試驗之測試資料取得來源及方式，例如醫學圖像產製設備與產製參數(程序)應與產品說明書所載一致。
- II. 測試資料須如前述提供病患數據之相關訊息，且須具備足夠的代表性，並應根據臨床相關的干擾因子、修飾因子及

共病等定義測試資料之子群組來分別進行評估。

- III. 當使用非我國人口族群的測試資料時，應說明用於我國人口族群的適用性，且若從多個醫療機構收集測試資料，應說明資料的整合性。

### (3)臨床設計

- I. 用於臨床評估或臨床試驗之臨床設計應考量產品輔助使用者判讀之實際使用情境、輸出結果(如疾病良性/惡性、嚴重度、期別等)，以及使用者對於分析結果進行評估確認的專業能力。
- II. 臨床評估或臨床試驗應採用控制良好的臨床設計，建議盡量採用多判讀者/多案例(Multiple reader multiple case, MRMC)方法進行判讀，即一組臨床判讀人員在多種判讀情境進行案例判讀，且每位判讀人員皆獨立完成判讀所有案例(Fully-crossed)，以在給定的案例數量下，達到最大的統計檢定力。若某些情形下，每位判讀人員不易完成所有案例的判讀(Non-fully crossed)，該判讀結果仍是可接受的，惟應於報告中說明理由。
- III. 進行判讀之使用者/臨床醫師(即判讀人員)應符合產品的預期使用者族群，申請時並應說明判讀人員之資格與經驗。針對產品的使用方式與臨床設計的方法及流程，應給予判讀人員適當的訓練，並於申請時提供判讀人員訓練的詳細說明。
- IV. 臨床評估或臨床試驗之臨床結果判讀方法應與臨床實務具有一致性。

### (4)臨床結果分析方法

臨床結果分析之主要及次要評估指標應符合產品的預期用途，且於臨床評估或臨床試驗開始前即應確認不可變動。臨床評估或臨床試驗多會觀察產品的靈敏度、特異度及ROC(或其

變形)曲線下之面積(Area under the curve, AUC)，並常採用ROC(或其變形)曲線的AUC來總結臨床結果作為主要評估指標，以靈敏度及特異度，或以病患召回率(Recall rate)作為次要評估指標，若有臨床使用之特殊需要，亦得將靈敏度或特異度改列入主要評估指標。前述臨床評估指標結果應符合產品之宣稱效能。

撰寫臨床評估或臨床試驗計畫時，**建議**應考慮包含但不限於下列重點：

- I. 產品宣稱及預期用途、禁忌等
- II. 研究對象(Objectives)
- III. 病患族群(Patient population)
- IV. 參與臨床評估或臨床試驗之醫事人員數量及資格
- V. 資料取得方式
- VI. 統計分析方式
- VII. 臨床分析結果

### 3. 宣稱可獨立診斷之AI/ML CADx醫療器材之特殊要求

宣稱可獨立診斷之AI/ML CADx醫療器材，除前章所述資料外，尚須提供下列符合要求之資料：

- (1)須詳細評估其產品失效、無法達到預期效能、或輸出偽陽性、偽陰性結果時，可能導致的危害風險及臨床上相應的處置方式。
- (2)測試資料須依據產品宣稱之預期用途，盡可能涵蓋較多的資料來源機構(例如不同的地區、不同的代表性機構)及資料產製設備(例如不同種類及產製參數)。
- (3)宣稱可獨立診斷，不需依賴醫事人員判讀之AI/ML CADx醫療器材，執行臨床評估或臨床試驗時仍應將AI/ML CADx醫療器材獨立判讀與臨床醫師傳統判讀進行統計分析之比較，以驗證臨床上AI/ML CADx醫療器材獨立進行診斷之效能。

前述各項之要求可能不完全適用於全部的產品，最終仍須依產品本身特性(例如宣稱效能、風險程度等)而定。

#### 四、參考資料

1. 醫療器材管理法，109 年 1 月 15 日
2. 醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則，110 年 4 月 29 日
3. 醫療器材優良臨床試驗管理辦法，110 年 4 月 9 日
4. 醫用軟體分類分級參考指引，FDA 器字第 1111609211 號公告，111 年 9 月 15 日
5. 人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記技術指引，FDA 器字第 1101608354 號公告，110 年 8 月 17 日
6. 適用於製造業者之醫療器材網路安全指引，FDA 器字第 1101603391 號公告，110 年 5 月 3 日
7. 醫療器材中文說明書編寫原則，FDA 器字第 1101603096 號公告，110 年 4 月 29 日
8. 醫療器材軟體確效指引，FDA 器字第 1061607211 號公告，106 年 12 月 15 日
9. Machine Learning-enabled Medical Devices: Key Terms and Definitions. IMDRF/AIMD WG/N67, May 2022
10. Principles and Practices for Medical Device Cybersecurity. IMDRF/CYBER WG/N60FINAL, March 2020
11. US FDA Computer-Assisted Detection Devices Applied to Radiology Images and Radiology Device Data – Premarket Notification [510(k)] Submissions, September 2022
12. US FDA Clinical Performance Assessment: Considerations for Computer-Assisted Detection Devices Applied to Radiology Images and Radiology Device Data in - Premarket Notification [510(k)] Submissions, September 2022

13. 中國 NMPA 深度學習輔助決策醫療器械軟件審評要點，2019 年
14. 人工智慧應用於醫學影像輔助系統審查基準（人工知能技術を利用した醫學影像診斷支援システムに関する評価指標），厚生労働省醫薬・生活衛生局醫療機器審査管理課，藥生機審発 0523 第 2 號, 2019
15. 韓國 MFDS 빅데이터 및 인공지능 ( AI ) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인 ( 민원인 안내서 ) [Guideline on Review and Approval for Artificial Intelligence (AI) and Big Data-Based Medical Devices , October 2019
16. 中國 NMPA 人工智慧醫療器械註冊審查指導原則，2022 年

## 附錄一、肺結節電腦斷層影像電腦輔助偵測醫療器材軟體

本附錄補充本文內容，以舉例方式說明肺結節 CT 影像 CADe 醫療器材的技術重點，提供外界作為該類型產品評估開發及查驗登記所需資料準備之參考，業者應視本身產品宣稱效能、適用範圍、對象及使用情境等評估本附錄中的內容是否適用。

產品概要	<p>文件應針對產品的預期用途有詳細描述，包含預期使用者(臨床急診/健檢等不分科單位或是胸腔相關專科)及建議的使用者訓練方式、目標病症、病患族群(確定/疑似有肺結節之患者)、適用資料類型[如低劑量/一般電腦斷層，掃描區域(如從肺尖到底部)等]、使用情境[如與使用者同時判讀或在使用者判讀後提供第二判讀(Second read)]等，並提供詳細的使用說明、判讀流程、輸出結果、結果解讀的方法及應用。應說明工作原理，例如運用深度學習技術進行醫學影像之分析處理、對肺結節進行影像偵測(Detection)、分割(Segmentation)等。</p> <p><b>【範例】</b>本產品為採用閉鎖式人工智慧演算法之電腦輔助偵測軟體(CADe)，適用於20歲以上成年人，供經培訓合格的醫師使用，不能單獨作為臨床診療決策依據。本產品可以在醫師進行常規檢查時，輔助識別與標記雙肺(從肺尖到底部)之低劑量電腦斷層影像的結節，適用之結節尺寸為4mm (含)到30mm (含)，適用結節樣態包含實質性結節(solid nodules)、非實質結節(subsolid nodules)、與毛玻璃病灶(ground-glass opacities)，偵測有疑似結節存在時，</p>
------	---

	<p>會在低劑量電腦斷層影像中標記該 ROI (Region Of Interests)位置，供醫師診斷時參考。</p>
<p>演算法功能</p>	<p>用於肺結節CT影像電腦輔助偵測之演算法功能舉例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 肺結節標記，應說明器材進行影像標記的種類與代表意義，包含影像標記幾何形狀與相關參數，例如幾何形狀(如方框等)、尺寸、邊界框線(如實心或虛線)、顏色、肺結節中心點等。</li> <li>■ 肺結節密度(Density)分類，應說明密度類別[如實質(Solid)、非實質(Sub-solid)(含部份實性和毛玻璃樣(Ground glass)結節)]、密度類別制定依據以及臨床適用性。</li> <li>■ 肺結節量測，應說明量測原理，量測內容可能包含體積、最大軸向平面最長直徑、短徑、平均直徑、最大三維直徑、有效直徑、平均密度、面積等。</li> <li>■ 肺結節的三維或最大密度投影(Maximum intensity projection, MIP)視覺化。</li> </ul>
<p>資料集之族群及用途對應性</p>	<p>資料的來源、性質，亦必須考慮族群取樣的偏差及資料本身之用途對應性。</p> <p>應包含以下(適用)之內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資料來源(健檢或者常規門診)或資料庫說明</li> <li>■ 資料納入和排除之準則</li> </ul> <p>例如：納入雙肺胸部CT影像、掃描區域需要包括從肺尖到底部的整個胸部、影像有正規化等；排除輸入品質不佳之影像(應定義並列舉”品質不佳之情形)，或有某些特定不適用之資料族群(如胸腔植入物之影像)等。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 病患分佈(如人種、年齡、性別)</li> <li>■ 與產品應用相關之病患病史</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 病患疾病狀態和造影檢查之適應症</li> <li>■ 資料來源機構(Collection sites)</li> <li>■ 案例數量，含疾病與正常之案例數及決定疾病狀態、位置與範圍的方法</li> <li>■ 依據干擾因子(Confounders)或修飾因子(Effect modifiers)分層的案例分佈，例如病變型態、病變大小(如肺結節大小分為4-6mm、6-8mm以及8-10mm)、病變位置(如肺葉)、器官特徵等</li> <li>■ 比較病患資料與產品目標族群間於臨床造影資料及疾病之特性(Characteristics)</li> </ul>
產製形式	使用何種設備或臨床實務方式產生資料，如使用低劑量電腦斷層產生資料。
產製方法	<p>資料的產製過程，應說明下列事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用之儀器廠牌與型號、偵測器排數、CT掃描參數(如管電壓、管電流、層厚/層間距、窗寬、窗位、重建方式、顯示方式等)。</li> <li>■ 資料格式(如DICOM等)、CT影像品質要求(如解析度、偽影)。</li> <li>■ 影像擷取程序(Protocol)、造影檢查之方式，例如在有無顯影劑(Contrast)的情況下進行檢查、病人的顯影劑類型和劑量。</li> </ul>
資料集附帶之其它資訊	資料之額外註解和臨床判斷，及產生這些註解與判斷的方法。例如：病變位置、大小或其它資訊等。
臨床結果分析方法	臨床結果分析之主要及次要評估指標應符合產品的預期用途，且於臨床評估或臨床試驗開始前即應確認不可變動。臨床評估或臨床試驗多會觀察產品的靈敏度、特異度及ROC(Receiver Operating Characteristic, ROC)或是ROC曲線的變形，如FROC

	<p>曲線 (Free-Response Receiver Operating Characteristic, FROC)等。產品的效能可採用前述不同的總結臨床評估指標，其結果應符合產品宣稱之效能。</p> <p>例如，對於肺結節偵測演算法，需分層統計演算法對於不同大小和不同密度的肺結節的偵測效能，可採用FROC曲線、靈敏度及特異度等指標來評估，同時結合臨床需求論述結果的合理性。對於肺結節大小，可將肺結節進行分層統計(例如分為4-6mm、6-8mm以及8-10mm)，一般而言，肺結節尺寸越大，偵測的難度越低。對於肺結節密度，應說明是二元分類 (Binary classification) 還是多類別分類 (Multi-class classification)，需定義密度種類及採用該標準的依據，以進行密度類型的分層統計。</p>
--	---

## 附錄二、糖尿病視網膜病變眼底影像電腦輔助偵測醫療器材軟體

本附錄補充本文內容，以舉例方式說明糖尿病視網膜病變眼底影像CADE 醫療器材的技術重點，提供外界作為該類型產品評估開發及查驗登記所需資料準備之參考，業者應視本身產品宣稱效能、適用範圍、對象及使用情境等評估本附錄中的內容是否適用。

本附錄適用之產品，係運用人工智慧/機器學習技術對由眼底攝影機(採用照相技術用於眼底攝影成相的常規眼底攝影機，不包括雷射、螢光等特殊方式的眼底攝影機)拍攝的彩色眼底照片進行分析。

產品概要	<p>文件應針對產品的預期用途有詳細描述，包含預期使用者及建議的使用者訓練方式、目標病症、病患族群、適用資料類型[如影像類型、影像像素(Pixel)、拍攝範圍、拍攝視野(Field of view)等]、使用情境[如與使用者同時判讀或在使用者判讀後提供第二判讀(Second read)]等，並提供詳細的使用說明、判讀流程、輸出結果、結果解讀的方法及應用。另應說明工作原理，例如運用深度學習技術對眼底影像進行分析處理、對糖尿病視網膜病變進行影像偵測、分類、分割(Segmentation)等。</p> <p><b>【範例】</b>本產品為採用閉鎖式人工智慧演算法之糖尿病視網膜病變電腦輔助偵測軟體(CADE)，適用於20歲以上且已確診為糖尿病患者，供經培訓合格的醫師使用，不能單獨作為臨床診療決策依據。本產品可連結眼底攝影機以取得彩色眼底影像，該影像須為DICOM、JPEG 或 PNG 格式，輸入影像解析度至少1000×1000像素、視野(Field of View, FOV) 為45度。本產品可以在醫師進行常規檢查時，提供糖尿病視網膜病變四種主要病徵的位置標示，包含微血管</p>
------	---

	<p>瘤(Microaneurysms) 、出血(Hemorrhages) 、軟滲出物(Soft Exudates) 、硬滲出物(Hard Exudates) ，供醫師診斷時參考。</p>
<p>演算法功能</p>	<p>用於糖尿病視網膜病變眼底影像電腦輔助偵測演算法功能舉例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 器材可偵測眼底影像有無異常，並可針對微血管瘤(Microaneurysms)、硬滲出物(Hard Exudates)、軟滲出物(Soft Exudates)、出血(Hemorrhages)等進行影像標記。</li> </ul>
<p>族群及用途對應性</p>	<p>資料的來源、性質，亦必須考慮族群取樣的偏差及資料本身之用途對應性。</p> <p>應包含以下(適用)之內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資料來源(如常規門診)或資料庫說明</li> <li>■ 資料納入和排除之準則</li> </ul> <p>例如：納入至少1000×1000像素且對焦在視神經盤中心 (Optic disc centered ) 或黃斑中心 (Macula centered)之彩色眼底影像);排除輸入品質不佳之醫學影像(應定義並列舉”品質不佳之情形)，或有某些特定不適用之資料族群、不適用之影像類型(如眼底螢光血管攝影等))之準則</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 病患分佈(如人種、年齡、性別)</li> <li>■ 與產品應用相關之病患病史</li> <li>■ 病患疾病狀態和檢查之適應症</li> <li>■ 資料來源機構(Collection sites)</li> <li>■ 案例數量，含疾病與正常之案例數及決定疾病狀態、位置與範圍的方法</li> <li>■ 依據干擾因子(Confounders)或修飾因子(Effect modifiers)分層的案例分佈，例如病變型態、病變</li> </ul>

	<p>大小、病變位置、共病(Concomitant disease)等</p> <p>■ 比較病患資料與產品目標族群間於臨床造影資料及疾病之特性(Characteristics)</p>
產製形式	使用何種設備或臨床實務方式產生資料，如使用眼底攝影機產生彩色眼底照片影像資料。
產製方法	資料的產製過程，應說明使用之儀器廠牌與型號、資料格式(如DICOM、JPEG等)、拍攝範圍(如包括黃斑部和視神經盤 (Optic disc))、拍攝視野(如45°)、影像類型(如彩色眼底照片)、影像像素(如1000×1000像素)、影像品質要求(如輸入影像解析度至少1000×1000像素)、影像擷取程序(Protocol)等。
資料集附帶之其它資訊	資料之額外註解和臨床判斷，及產生這些註解與判斷的方法。例如：病變位置、大小或其它資訊等。
臨床結果分析方法	臨床結果分析之主要及次要評估指標應符合產品的預期用途，且於臨床評估或臨床試驗開始前即應確認不可變動。臨床評估或臨床試驗多會觀察產品的靈敏度、特異度及ROC(或其變形)曲線下之面積(Area under the curve, AUC)，並常採用ROC(或其變形)曲線的AUC來總結臨床結果作為主要評估指標，以靈敏度及特異度，或以病患召回率(Recall rate)作為次要評估指標。若有臨床使用之特殊需要，例如，產品用於提供糖尿病視網膜病變狀況之分類建議(如是否需轉診或有無微血管瘤等)，以靈敏度、特異度作為主要評估指標。前述臨床評估指標結果應符合產品之宣稱效能。

## 附錄參考資料

1. Syngo.CT Lung CAD (VD20) 510(k) Summary (K203258), 2021
2. 中國 NMPA 肺結節 CT 圖像輔助檢測軟件註冊審查指導原則,2022 年
3. AI-Rad コンパニオン(認証番号 302AABZX00047000)(2022 年 4 月)
4. US FDA De Novo Classification Request For IDX-DR (DEN180001), 2018
5. EyeArt 510(k) Summary (K200667), 2020
6. 中國 NMPA 糖尿病視網膜病變眼底圖像輔助診斷軟件註冊審查指導原則，2022 年