

# "恆伸" 機械式輪椅 (未滅菌)

## 回收警訊

發布日期：112 年 12 月 25 日

許可證字號：衛部醫器陸輸壹字第 002953 號

產品英文名稱："EVERLASTING" Mechanical Wheelchair (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號/序號：

型號	批號
ER-1406	221230

發布對象：國內銷售之藥局及醫療器材商/一般民眾

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

依食藥署執行之「112 年度市售機械式輪椅之品質監測計畫」測試結果，顯示「靜態強度試驗法」之「足踏板-抗向下力」項目不符合 CNS 14964-8 標準之性能規格要求。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 330 台，恆伸實業有限公司於 112 年 10 月 19 日通知受影響客戶並告知需進行回收。前述回收行動預計於 112 年 11 月 10 日完成。若消費者對該批產品有疑慮，可免費更換踏板一次。

廠商聯繫資訊：

公司名稱：恆伸實業有限公司

聯絡電話：06-272-7007

聯絡人電子郵件：hengshen2727007@gmail.com

相關警訊來源/網址：廠商自主通報，無來源網址