

# “國睦”美利馳手動輪椅 (未滅菌)

## 回收警訊

發布日期: 113 年 3 月 20 日

許可證字號：衛署醫器陸輸壹字第 001805 號

產品英文名稱：“Merits” MANUAL WHEELCHAIR (Non-sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
L232NMDFTW	TMT190700023~TMT190700024, TMT190700034, TMT191100005, TMT191100009, TMT191100011~TMT191100019, TMT191100021, TMT191100024~TMT191100031, TMT191100033~TMT191100051, TMT191100056

發布對象：國內銷售之藥局及醫療器材商/一般民眾

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

依食藥署執行之「112 年度市售機械式輪椅之品質監測計畫」測試結果，顯示「疲勞試驗」之「多滾輪試驗」項目不符合 CNS 14964-8 標準之性能規格要求。手動輪椅產品上的萬向輪與輪椅車架之連接處若斷裂，可能會導致人員跌落之風險發生。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 43 台，國睦工業股份有限公司總廠於 112 年 11 月 6 日通知受影響客戶並告知需進行回收。前述回收行動於 112 年 12 月 31 日完成。若消費者對該批產品有疑慮，可免費維修一次。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：國睦工業股份有限公司總廠

聯絡電話：04-23594985

聯絡人電子郵件：rory@merits.com.tw

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址