

“真安欣”機械式輪椅(未滅菌)

回收警訊

發布日期: 113 年 4 月 23 日

許可證字號：衛部醫器陸輸壹字第 002118 號

產品英文名稱：“JAS” Mechanical Wheelchair(Non-sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
KTJ108-BE	2023/01

發布對象：國內銷售之藥局及醫療器材商/一般民眾

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

依食藥署執行之「112 年度市售機械式輪椅之品質監測計畫」測試結果，顯示「靜態強度試驗法」之「足踏板-抗向下力」項目不符合 CNS 14964-8 標準之性能規格要求。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號數量共 100 台，真安欣企業社於 113 年 1 月 25 日通知受影響客戶並告知需進行回收。前述回收行動已完成。若消費者對該批產品有疑慮，可免費更換踏板一次。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：真安欣企業社

聯絡電話：07-6211440

聯絡人電子郵件：panmay.jas@msa.hinet.net

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址