


衛生福利部 公告

發文日期：中華民國114年5月7日
發文字號：衛授食字第1141101853號
附件：認證範圍1份



主旨：公告財團法人塑膠工業技術發展中心(實驗室名稱：高分子材料分析實驗室)為本部認證之食品檢驗機構。

依據：食品安全衛生管理法第37條第2項。

公告事項：公告財團法人塑膠工業技術發展中心(實驗室名稱：高分子材料分析實驗室)為本部認證之食品檢驗機構。

部長邱泰源



衛生福利部食品檢驗機構認證範圍

認證編號：F130

認證機構：財團法人塑膠工業技術發展中心

實驗室名稱：高分子材料分析實驗室

實驗室地址：407 台中市西屯區工業區 38 路 193 號

實驗室負責人：陳明坤

初次認證日期：114.05.07

認證有效期間：114.05.07 至 117.05.06

認證之檢驗事項

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
耐熱溫度標示符合性試驗	衛生福利部 106.11.13 衛授食字第 1061902219 號公告修正塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法	變形/無變形； 顏色變化/無變化	王文璇 江鴻宇 陳明坤
塑膠類 (聚乙烯、聚丙烯)	衛生福利部 107.10.04 衛授食字第 1071901983 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗	材質試驗(鉛、鎘)： 鉛：5~1500 ppm 鎘：0.5~1500 ppm 溶出試驗(高錳酸鉀消耗量)： 3~500 ppm 溶出試驗(重金屬以 Pb 計)： 小於/大於 1 ppm 溶出試驗(鄰苯二甲酸酯類或 DEHA)： DBP、DEHP、BBP、DEHA： 0.05~200 ppm DINP、DIDP：0.5~2000 ppm 溶出試驗(著色劑)： 未檢出/檢出(偵測極限：50 ppm)	王文璇 江鴻宇 陳明坤

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
聚乙烯	衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901780 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚乙烯塑膠類之檢驗	材質試驗(鉛、鎘)： 鉛：5~1500 ppm 鎘：0.5~1500 ppm 溶出試驗(高錳酸鉀消耗量)： 3~500 ppm 溶出試驗(重金屬以 Pb 計)： 小於/大於 1 ppm 溶出試驗(蒸發殘渣)： 10-500 ppm	王文璇 江鴻宇 陳明坤
聚丙烯	衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901787 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚丙烯塑膠類之檢驗	材質試驗(鉛、鎘)： 鉛：5~1500 ppm 鎘：0.5~1500 ppm 溶出試驗(高錳酸鉀消耗量)： 3~500 ppm 溶出試驗(重金屬以 Pb 計)： 小於/大於 1 ppm 溶出試驗(蒸發殘渣)： 10-500 ppm	王文璇 江鴻宇 陳明坤

(以下空白)